

### Replacement Procedure of Rubber Extension Stops

交換作業は次の手順で行なってください。(Fig. 1 参照)

- ① 膝を曲げ、3本の止めネジを緩めて外してください。
- ② ニーカバーを取り外してください。
- ③ マイナスドライバー等で伸展ストッパーゴムを引っかけて取り出してください。
- ④ 新しい伸展ゴムストッパーを差し込んでください。
- ⑤ ニーカバーを取り付け、止めネジで固定してください。  
\* 止めネジには緩み止めのために、接着剤(ロックタイト#242相当品)を塗布してください。
- ⑥ 膝の曲げ伸ばしを行ない、異常が無いか確認してください。

Replace the rubber extension stops in accordance with the following procedure. (Refer to Figure 1)

- ① Bend the knee unit fully to expose the three set screws to be removed.
- ② Remove the knee cover.
- ③ The rubber extension stops should be visible at this time and may be removed with a slotted screwdriver or similar.
- ④ Replace with new extension stops.
- ⑤ Secure the knee cover using the three set screws. Apply the adhesive(LOCTITE #242 or similar) to the set screws.
- ⑥ Try bending and extending on the knee unit to confirm nothing unusual.




Fig 1. 伸展ストッパーゴムの取り外し  
Replacement of rubber extension stopper

お問い合わせ先 ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー 福祉事業推進部 営業グループ  
〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町 35  
TEL:078-413-2724 FAX:078-413-2725

**Nabtesco Corporation** Accessibility Innovations Company Assistive Products Department  
35, Uozakihama-machi, Higashinada-ku, Kobe, 658-0024, Japan  
PHONE : +81-78-413-2724 FAX : +81-78-413-2725

### Replacement Procedure of Rubber Extension Stops

交換作業は次の手順で行なってください。(Fig. 1 参照)

- ① 膝を曲げ、3本の止めネジを緩めて外してください。
- ② ニーカバーを取り外してください。
- ③ マイナスドライバー等で伸展ストッパーゴムを引っかけて取り出してください。
- ④ 新しい伸展ゴムストッパーを差し込んでください。
- ⑤ ニーカバーを取り付け、止めネジで固定してください。  
\* 止めネジには緩み止めのために、接着剤(ロックタイト#242相当品)を塗布してください。
- ⑥ 膝の曲げ伸ばしを行ない、異常が無いか確認してください。

Replace the rubber extension stops in accordance with the following procedure. (Refer to Figure 1)

- ① Bend the knee unit fully to expose the three set screws to be removed.
- ② Remove the knee cover.
- ③ The rubber extension stops should be visible at this time and may be removed with a slotted screwdriver or similar.
- ④ Replace with new extension stops.
- ⑤ Secure the knee cover using the three set screws. Apply the adhesive(LOCTITE #242 or similar) to the set screws.
- ⑥ Try bending and extending on the knee unit to confirm nothing unusual.




Fig 1. 伸展ストッパーゴムの取り外し  
Replacement of rubber extension stopper

お問い合わせ先 ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー 福祉事業推進部 営業グループ  
〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町 35  
TEL:078-413-2724 FAX:078-413-2725

**Nabtesco Corporation** Accessibility Innovations Company Assistive Products Department  
35, Uozakihama-machi, Higashinada-ku, Kobe, 658-0024, Japan  
PHONE : +81-78-413-2724 FAX : +81-78-413-2725